

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 7.	
Város: Kapuvár	Postai irányítószám: 9330

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés diagnosztikai készülékek szállítására, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Árubeszerzés
1. tétel 1 db Áltámaszos non-kontakt tonométer
2. tétel 1 db Defibrillátor
3. tétel 1 db Dermatológiai vizsgáló nagyító
4. tétel 1 db Dermatoscope
5. tétel 1 db EKG készülék, 3 csatornás
6. tétel 1 db EKG készülék, 6 csatornás
7. tétel 1 db EKG készülék, 12 csatornás
8. tétel 1 db Exoftalmométer
9. tétel 1 db FOG mikroszkóp
10. tétel 1 db Automata injekciós készülék
11. tétel 1 db Két műszer elhelyezésére alkalmas asztal
12. tétel 1 db Kézi doppler, érvizsgálatokra 2 fejjel
13. tétel 1 db Kézi doppler, érvizsgálatokra 3 fejjel
14. tétel 1 db Kézi doppler, szülészeti
15. tétel 1 db Kézi szemtükör
16. tétel 1 db Pulzoximéter
17. tétel 1 db Unverzális próbakeret
18. tétel 1 db 70 °-os orrendoscope
19. tétel 1 db NST készülék két csatornás (opció)
20. tétel 1 db Video-dermatoscope (opció)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
Közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-12192/2016
Közbeszerzési eljárás iktatószáma: KÉ.15784/2016, KÉ.778/2017
Közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2016.12.20.

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1

Elnevezés: Adásvételi szerződés diagnosztikai készülékek szállítására, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
 Ajánlattevők neve és címe alkalmasságának indokolása:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
 Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
 A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
 Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
 Happy Business Services Zrt. (1137 Budapest, Szent István crt. 18.)
 Nettó ajánlati ár (1-18. tételek): **10.788.000 Ft**
 Nettó ajánlati ár (19. tétel, opció): **1.904.000 Ft**
 Nettó ajánlati ár (20. tétel, opció): **2.152.500 Ft**

Műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások:
1.tétel: Áltámaszos non-kontakt tonométer

„Easy pulse” funkció a sérült szemekhez	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=5	igen
---	---	-----	------

2.tétel: Defibrillátor

Hang- és szöveges utasítás, ha a mellkasi kompressziók mélysége az aktuális ERC irányelvek által meghatározott értékek alá csökken	Kérjük megadni, előny a megléte!	S=10	nem
Adatátviteli lehetőség beépített Wi-Fi modul segítségével	Kérjük megadni, előny a megléte	S=5	nem

5. tétel: EKG készülék, 3 csatornás

Mintavételezés (nem pacemaker üzemmódban)	Min. 1.000 Hz, előny a nagyobb (15.000 Hz és felette a maximális pontot kapja)	S=5	igen, 16000 Hz
Akkumulátoros üzemmódban elkészíthető EKG felvételek száma	Min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja).	S=5	igen, 300
Felvételek tárolására alkalmas belső memória	Min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja).	S=5	igen, 200
Súly	Max. 5 kg, előny a kevesebb (1,5 kg és alatta a maximális pontot kapja)	S=5	4,2 kg

9. tétel: FOG mikroszkóp

Amennyiben a LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel)	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=10	Igen, a LED megvilágítás és annak vezérlő meghajtó panelja transzformátora mind a mikroszkóp fejében integrált. Nem szükséges külön fénykábel hozzá.
--	---	------	--

DUAL LED megvilágítás megléte, az árnyékmentes megvilágítás érdekében	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=10	Igen, a DUAL LED megoldás biztosítja, hogy a sebész nem fogja látni az eszköz árnyékát, akármilyen szögben is dolgozik. A két LED úgy került elhelyezésre, hogy az eszközt egyik és a másik oldalról is meg tudja világítani.
A fő objektív sztereo bázisa, legalább érje el a 23 milimétert	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=10	Igen, meghaladja azt. A fő objektív sztereo bázisa pontosan ugyanakkora, mint a leica premium mikroszkópjain, azaz 24 mm.
Amennyiben a kinyúlás eléri, vagy meghaladja az 1700mm-t	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=10	Igen, a mikroszkóp teljes kinyúlása 1775 mm (teljesen kinyújtott, hajlított optikánál, amit megajánlottunk).
Amennyiben a mikroszkóp és a mikroszkóp állvány antimikrobiális festékekkel kezelt (NanoEzüst, vagy AgProtect vagy ezzel ekvivalens megoldás. Ezüst polimer festék nem elfogadható)	Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	S=10	Igen, a NanoEzüst festékekkel, vagy szabadalmi nevén az AgProtect festéssel ellátott teljes mikroszkóp állvány és test.

Jótállás: 24 hónap

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági alkalmasságot igazolta.

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt szakmai alkalmassági feltételeket igazolta.

Ajánlattevő ajánlata egyéb szempontból is érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Happy Business Services Zrt. (1137 Budapest, Szent István krt. 18.)

Nettó ajánlati ár (1-20. tételek): 14.844.500 Ft

1.tétel: Áltámaszos non-kontakt tonométer

Műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások	Ajánlott paraméter	Súlyszám	Pontszám	Pontszámmal szorzott súlyszám
„Easy pulse” funkció a sérült szemekhez Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen	5	10,00	50,00

2.tétel: Defibrillátor

Műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások	Ajánlott paraméter	Súlyszám	Pontszám	Pontszámmal szorzott súlyszám
Hang- és szöveges utasítás, ha a mellkasi kompressziók mélysége az aktuális ERC irányelvek által meghatározott értékek alá csökken. Kérjük megadni, előny a megléte!	Nem	10	1,00	10,00
Adatátviteli lehetőség beépített Wi-Fi modul segítségével. Kérjük megadni, előny a megléte!	Nem	5	1,00	5,00

5. tétel: EKG készülék, 3 csatornás

Műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások	Ajánlott paraméter	Súlyszám	Pontszám	Pontszámmal szorzott súlyszám
Mintavételezés (nem pacemaker üzemmódban) min.	Igen, 16.000 Hz	5	10,00	50,00

1.000 Hz, előny a nagyobb (15.000 Hz és felette a maximális pontot kapja).				
Akkumulátoros üzemmódban elkészíthető EKG felvételek száma min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja).	Igen, 300	5	5,00	25,00
Felvételek tárolására alkalmas belső memória min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja).	Igen, 200	5	2,50	12,50
Súly max. 5 kg, előny a kevesebb (1,5 kg és alatta a maximális pontot kapja).	4,2	5	7,70	38,50

9. tétel: FOG mikroszkóp

Műszaki minimumfeltételeket meghaladó elvárások	Ajánlott paraméter	Súlyszám	Pontszám	Pontszámmal szorzott súlyszám
Amennyiben a LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel). Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen, a LED megvilágítás és annak vezérlő meghajtó panelja transzformátora mind a mikroszkóp fejében integrált. Nem szükséges külön fénykábel hozzá.	10	10,00	100,00
DUAL LED megvilágítás megléte, az árnyékmentes megvilágítás érdekében. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen, a DUAL LED megoldás biztosítja, hogy a sebész nem fogja látni az eszköz árnyékát, akármilyen szögben is dolgozik. A két LED úgy került elhelyezésre, hogy az eszközt egyik és a másik oldalról is meg tudja világítani.	10	10,00	100,00
A fő objektív sztereo bázisa, legalább érje el a 23 milimétert. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen, meghaladja azt. A fő objektív sztereo bázisa pontosan ugyanakkora, mint a leica premium mikroszkópjain, azaz 24 mm.	10	10,00	100,00
Amennyiben a kinyúlás eléri, vagy meghaladja az 1700mm-t. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen, a mikroszkóp teljes kinyúlása 1775 mm (teljesen kinyújtott, hajlított optikánál, amit megajánlottunk).	10	10,00	100,00
Amennyiben a mikroszkóp és a mikroszkóp állvány antimikrobiális festékekkel kezelt (NanoEzüst, vagy AgProtect vagy ezzel ekvivalens megoldás. Ezüst polimer festék nem elfogadható). Kérjük megadni! Igen/Nem Igen=10 pont, Nem= 1 pont	Igen, a NanoEzüst festékekkel, vagy szabadalmi nevén az AgProtect festéssel ellátott teljes mikroszkóp állvány és test.	10	10,00	100,00

Jótállás: 24 hónap

Szakmai tartalom összesen	Ajánlott paraméter	Súlyszám	Pontszám	Pontszámmal szorzott súlyszám
	-	-	87,20	691,00

Értékelés részzempontjai	Részzempontok súlyszámai	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ár	150	10,00	1500,00
Szakmai tartalom	90	87,20	691,00
Jótállás	25	10,00	250,00
Súlyszámmal súlyozott értékelési pontszám			2441,00

<p>V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont</p>
<p>V.2.5) Az ajánlatok értékelésének módszere:</p> <p>Az értékelés módszere az értékarányosítás.</p> <p>1. Minőségi kritérium –</p> <p>1. tétel <u>Áltámaszos non-kontakt tonométer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> „Easy pulse” funkció a sérült szemekhez: S=5 Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem=1 pont <p>2. tétel <u>Defibrillátor</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hang- és szöveges utasítás, ha a mellkasi kompressziók mélysége az aktuális ERC irányelvek által meghatározott értékek alá csökken: S=10, Kérjük megadni, előny a megléte. Adatátviteli lehetőség beépített Wi-Fi modul segítségével: S=5, Kérjük megadni, előny a megléte. <p>5. tétel <u>EKG készülék, 3 csatornás</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mintavételezés (nem pacemaker üzemmódban): S=5 Min. 1.000 Hz, előny a nagyobb (15.000 Hz és felette a maximális pontot kapja). Akkumulátoros üzemmódban elkészíthető EKG felvételek száma: S=5 Min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja). Felvételek tárolására alkalmas belső memória: S=5 Min. 100 felvétel, előny a több (500 és felette a maximális pontot kapja). Súly: S=5 Max. 5 kg, előny a kevesebb (1,5 kg és alatta a maximális pontot kapja). <p>9. tétel <u>FOG mikroszkóp</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Amennyiben a LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel): S=10 Kérjük megadni! Igen/Nem Igen= 10 pont, Nem= 1 pont DUAL LED megvilágítás megléte, az árnymentes megvilágítás érdekében: S=10 Igen/Nem Igen= 10 pont, Nem= 1 pont A fő objektív sztereo bázisa, legalább érje el a 23 millimétert: S=10 Igen/Nem Igen= 10 pont, Nem= 1 pont Amennyiben a kinyúlás eléri, vagy meghaladja az 1700 mmt-: S=10 Igen/Nem Igen= 10 pont, Nem= 1 pont Amennyiben a mikroszkóp és a mikroszkóp állvány antimikrobiális festékekkel kezelt (NanoEzüst, vagy AgProtect vagy ezzel ekvivalens megoldás. Ezüst polimer festék nem elfogadható): S=10 Igen/Nem Igen= 10 pont, Nem= 1 pont <p><u>Jótállás (hónap):</u> Minden tétel vonatkozásában egységesen 12 hónap. Az ennél alacsonyabb jótállást vállaló ajánlata érvénytelen. A maximum vállalható jótállás 24 hónap. A 24 hónap és minden azt meghaladó vállalás esetén a kapható maximális pontszám 10. Súlyszám: 25</p> <p>Módszer: Egyenes arányosítás. A részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest kevesebbet.</p> <p>2. Ár: Súlyszám: 150. Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A legalacsonyabb ajánlati árat megajánló kapja a 10 pontot, a többi ajánlat ahhoz arányosítva kevesebbet.</p>
<p>V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:</p> <p>A nyertes ajánlattevő neve, címe: Happy Business Services Zrt. (1137 Budapest, Szent István krt. 18.)</p> <p>Az ellenszolgáltatás összege: Opciók tétellel növelt nettó ajánlati ár: 14.844.500 Ft</p> <p>Az ajánlata kiválasztásának indoka: Mint egyedüli szerződés teljesítésére alkalmas és egyéb szempontból is érvényes ajánlattevő az eljárás nyertese.</p>
<p>V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -</p>
<p>V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele <input type="radio"/> igen <input checked="" type="radio"/> nem</p> <p>A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -</p> <p>A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -</p>
<p>V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -</p>
<p>V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Hoge Orvosi Műszer Kft., 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7., referenciaigazolás (eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pontja).</p> <p>Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -</p>

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

<p>VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama</p> <p>Kezdet: (2017/03/14) / Lejárata: (2017/03/23)</p>
<p>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/07)</p>

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/03/13)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/mn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/mn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/mn)


VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/mn)

VI.1.10) További információk:

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága KÖF/3126/2016 szám alatt 2017. március hó 9. napján az eljárás eredményének kihirdetéséhez hozzájárult.

Ajánlatkérő tájékoztatja nyertes ajánlattevőt, hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően a szerződéskötésre 2017. március hó 28. napján 11:30 órakor kerül sor. Helyszín: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Titkárság, 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10. R épület, I. emelet, 102. szoba. ²

Kapuvár, 2017. március 13.


dr. Benedek Zoltán
főigazgató

