

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 7.	
Város: Kapuvár	Postai irányítószám: 9330

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére fiziko- és fizioterápiás berendezések beszerzésére

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Árubeszerzés
1. 1 db Futópad
2. 1 db Rövidhullámú kezelő készülék
3. 2 db Mágnesoterápiás készülék
4. 2 db Mágnesoterápiás készülék karikával
5. 5 db Elektroterápiás készülék
6. 5 db Kombinált eletro- és ultrahangterápiás készülék
7. 1 db Fűtőszőnyeg
8. 2 db Térdmozgató
9. 1 db Taposó
10. 1 db Alsóvégtag tornáztató készülék
11. 1 db Kar- és láb tornáztató készülék

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja.

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

Közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-11705/2016

Közbeszerzési eljárás iktatószáma: KÉ.15195/2016

Közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2016.12.14.

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: 1 Rész száma: -

Elnevezés: Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére fiziko- és fizioterápiás berendezések beszerzésére

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve és címe alkalmasságának indokolása:

Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7. C.)

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági alkalmasságot igazolta.

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt szakmai alkalmassági feltételeket igazolta.

Ajánlattevő ajánlata egyéb szempontból is érvényes.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Szamos-H Kft. (1026 Budapest, Gyergyó u. 5. 1/1.)

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen mert, nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő ajánlattevőt határidő tűzéssel hiánypótlásra hívta fel. Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.

Ajánlatkérő megállapítja, hogy ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát igazoló pénzügyi igazolás nem felel meg az eljárást megindító felhívásban írtaknak, annak keletkezése korábbi, mint a felhívás feladásának napja (eljárást megindító felhívás III.1.2) pontja).

Ajánlatkérő megállapította továbbá azt is, hogy ajánlattevő által csatolt magyar nyelvű termékismertető a gyártó által nem hitelesített, így nem felel meg a kiírásnak (eljárást megindító felhívás VI.3.4) 28) pont).

ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4.)

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen mert, nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő ajánlattevőt határidő tűzéssel hiánypótlásra hívta fel. Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy ajánlattevőnek ajánlatához a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot kell csatolnia, mely nyilatkozatot az ajánlat nem tartalmazza (eljárást megindító felhívás III.1.2) pontja).

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy ajánlattevőnek ajánlatához a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb referenciáit kell ismertetnie, mely nyilatkozatot az ajánlat nem tartalmaz (eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pontja).

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy ajánlattevőnek a megajánlott termékek gyártói megfelelőségi nyilatkozatát és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE tanúsítványt ajánlatához csatolnia kell. Az ajánlat ezen igazolásokat/tanúsítványokat nem tartalmazza, így nem felel meg a kiírásnak (eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2. pontja).

Ajánlatkérő megállapította továbbá azt is, hogy ajánlattevő által csatolt magyar nyelvű termékismertető a gyártó által nem hitelesített, így nem felel meg a kiírásnak (eljárást megindító felhívás VI.3.4) 28) pont).

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve és címe alkalmasságának indokolása és ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7. C.)

Nettó ajánlati ár: **17.804.100 Ft**

2.tétel: Rövidhullámú kezelőkészülék

megrendelt mennyiség: 1 db

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
A kimeneti túlteljesítményt/túlterhelést figyelő független áramkör vagy védőkapcsoló, mely túlteljesítmény/túlterhelés esetén lekapcsolja a kimenetet és csak a kapcsoló visszakapcsolásával enged új kezelést, biztosítva ezzel, hogy túlterhelés esetén ne lehessen automatikusan új kezelést indítani.	Igen/nem S=10	igen, védőkapcsoló

4.Tétel: Mágnessterápiás készülék

megrendelt mennyiség: 2 db

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Memóriában és az esetlegesen rendelkezésre álló egyéb páciens memórián összesen elmenthető protokollok (programok) száma db:	előny a több S=5	összesen 400 db
Pácienshez rendelhető memóriakártyával is működtethető	Igen/nem S=10	igen

**5.Tétel: Elektroterápiás készülék
megrendelt mennyiség: 5 db**

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Moduláris felépítés, későbbiekben bővíthető vákuummodullal	igen/nem S=10	igen
Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt, illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes képek kijelzése a képernyőn	igen/nem S=10	igen
Terápiás enciklopédia (klinikai kezelési protokollok) a kezelési programok kiválasztásához	igen/nem S=10	igen

**6. tétel: Kombinált elektro- és ultrahangterápiás készülék
megrendelt mennyiség: 5 db**

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Távírányító a páciens számára, kezelés közbeni teljesítmény módosításra (Pl. túlzott fájdalmas ingerlés)	igen/nem S=10	igen
Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt, illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes anatómiai képek kijelzése a képernyőn	igen/nem S=10	igen
Terápiás enciklopédia (klinikai kezelési protokollok) a kezelési programok kiválasztásához	igen/nem S=10	igen
Egyszerre csatlakoztatható a 2db kezelőfej	igen/nem S=10	igen
Gyári és saját programok mentésének lehetősége összesen: db	Előny a több S=10	1000 db

**8. tétel: Térdmozgató
megrendelt mennyiség: 2 db**

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Távkapcsoló csatlakoztatása nélkül a készülék nem működtethető	Igen/nem S=10	igen
LCD kijelzővel		igen

**10. tétel: Alsóvégtag tornáztató készülék
megrendelt mennyiség: 1 db**

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
szimmetria kijelzése	Igen/nem S=10	igen
izomgyengeség kijelzése	Igen/nem S=10	igen
Anti-spazmus vezérlés bekapcsolható	Igen/nem S=10	igen
Forgásirány változtatható	Igen/nem S=10	igen
Gombnyomásra az egyik hajtókar alsó végállásba áll megkönnyítve a belépést, újabb gombnyomásra a másik hajtókar áll be az alsó helyzetbe	Igen/nem S=10	igen

**11. tétel: Kar- és láb tornáztató készülék
megrendelt mennyiség: 1 db**

Minimum műszaki előírás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
szimmetria kijelzése	Igen/nem S=10	igen
izomgyengeség kijelzése	Igen/nem S=10	igen
Anti-spazmus vezérlés bekapcsolható	Igen/nem S=10	igen
Forgásirány változtatható	Igen/nem S=10	igen
Gombnyomásra az egyik hajtókar alsó végállásba áll megkönnyítve a belépést, újabb gombnyomásra a másik hajtókar áll be az alsó helyzetbe	Igen/nem S=10	igen

Jótállás 24 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Artmed Kft.			
Értékelés részszerpontjai	Részszerpontok súlyszámai	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ár	460	10	4600
Szakmai tartalom			
- 2. tétel	10	10	100
- 4. tétel	15	10	150
- 5. tétel	30	10	300
- 6. tétel	50	10	500
- 8. tétel	10	10	100
- 10. tétel	50	10	500
- 11. tétel	50	10	500
Jótállás	75	10	750
Súlyszámmal súlyozott értékelési pontszám			7500

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelésének módszere:

Az értékelés módszere az értékarányosítás.

1. Minőségi kritérium:

2. tétel: Rövidhullámú kezelőkészülék

- A kimeneti túlteljesítményt/túlterhelést figyelő független áramkör vagy védőkapcsoló, mely túlteljesítmény/túlterhelés esetén lekapcsolja a kimenetet és csak a kapcsoló visszakapcsolásával enged új kezelést, biztosítva ezzel, hogy túlterhelés esetén ne lehessen automatikusan új kezelést indítani: Igen/Nem S=10

4. tétel: Mágnessterápiás készülék

- Memóriában és az esetlegesen rendelkezésre álló egyéb páciens memórián összesen elmenthető protokollok (programok) száma db: előny a több S=5
- Pácienshez rendelhető memóriakártyával is működtethető: Igen/Nem S=10

5. tétel: Elektroterápiás készülék

- Moduláris felépítés, későbbiekben bővíthető vákuummodullal: Igen/Nem S=10
- Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt, illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes képek kijelzése a képernyőn: Igen/Nem S=10
- Terápiás enciklopédia (klinikai kezelési protokollok) a kezelési programok kiválasztásához: Igen/Nem S=10

6. tétel: Kombinált elektro- és ultrahangterápiás készülék

- Távirányító a páciens számára, kezelés közbeni teljesítmény módosításra (Pl. túlzott fájdalmas ingerlés): Igen/Nem S=10
- Kezelés segítéséhez, a kiválasztott testrészt, illetve azon a kezelés helyét módját ábrázoló színes anatómiai képek kijelzése a képernyőn: Igen/Nem S=10
- Terápiás enciklopédia (klinikai kezelési protokollok) a kezelési programok kiválasztásához: Igen/Nem S=10
- Egyszerre csatlakoztatható a 2 db kezelőfej: Igen/Nem S=10
- Gyári és saját programok mentésének lehetősége összesen: db : Előny a több S=10

8. tétel: Térdmozgató

- Távkapcsoló csatlakoztatása nélkül a készülék nem működtethető: Igen/Nem S=10

10. tétel: Alsóvégtag tornáztató készülék

- Szimmetria kijelzése: Igen/Nem S=10
- Izomgyengeség kijelzése: Igen/Nem S=10
- Anti-spazmus vezérlés bekapcsolható: Igen/Nem S=10
- Forgásirány változtatható: Igen/Nem S=10
- Gombnyomásra az egyik hajtókar alsó végállásba áll megkönnyítve a belépést, újabb gombnyomásra a másik hajtókar áll be az alsó helyzetbe: Igen/Nem S=10

11. tétel: Kar- és láb tornáztató készülék

- Szimmetria kijelzése: Igen/Nem S=10
- Izomgyengeség kijelzése: Igen/Nem S=10
- Anti-spazmus vezérlés bekapcsolható: Igen/Nem S=10
- Forgásirány változtatható: Igen/Nem S=10
- Gombnyomásra az egyik hajtókar alsó végállásba áll megkönnyítve a belépést, újabb gombnyomásra a másik hajtókar áll be az alsó helyzetbe: Igen/Nem S=10

Jótállás (hónap): Minden tétel vonatkozásában egységesen 12 hónap. Az ennél alacsonyabb jótállást vállaló ajánlata érvénytelen. A maximum vállalható jótállás 24 hónap. A 24 hónap és minden azt meghaladó vállalás esetén a kapható maximális pontszám 10. Súlyszám: 75

Módszer: Egycsés arányosítás. A részszerpont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest kevesebbet.

2. Ár: Súlyszám: 460. Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A legalacsonyabb ajánlati árat megajánló kapja a 10 pontot, a többi ajánlat ahhoz arányosítva kevesebbet.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

A nyertes ajánlattevő neve, címe: Artmed Kft. (1138 Budapest, Viza u. 7. C.)

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 17.804.100 Ft

Az ajánlata kiválasztásának indoka: Mint egyedüli szerződés teljesítésére alkalmas és egyéb szempontból is érvényes ajánlattevő az eljárás nyertese.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele** igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.1) További információk: ²****VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdete: (2017/02/08) / Lejárata: (2017/02/17)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/01/19)**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/02/07)****VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:****VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)****VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)****VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:****VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)****VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)****VI.1.10) További információk:**

A miniszterelnökség Közbeszerzési felügyeletért felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya KÖF/2914/2016 szám alatt 2017. február hó 6. napján tárgyi eljárásban kiadta a szabályossági tanúsítványt, melyre figyelemmel az összegezés kiadásra kerül.

A szerződéskötés időpontja: 2017. február hó 20. napja 13:00 óra. Helyszín: I.1) alatti cím, R épület, I. emelet, 102. szoba. ²

Kapuvár, 2017. február 7.


dr. Benedek Zoltán
főigazgató

