

## Titkárság

---

**Feladó:** Titkárság  
**Küldve:** 2017. március 21. 9:09  
**Címzett:** 'vallalkozas@hoge.hu'; 'nagy.gabor@mediversum.hu'  
**Tárgy:** Adásvételi szerződés műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére.  
**Melléletek:** Kísérőlevél.pdf; Összegzés az ajánlatok elbírálásáról.pdf

Tisztelt Címzettek!

Mellékelten megküldjük fenti tárgyban az összegzést.

Tisztelettel:  
dr.Benedek Zoltán  
főigazgató



## LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

9330. Kapuvár, dr.Lumniczer Sándor u.10. Pf.34.

Tel.:96/596-500 Fax: 96/242-224

E-mail: [titkarsag@lumniczerkorhaz.hu](mailto:titkarsag@lumniczerkorhaz.hu)



EN ISO 9001:2008

Zertifikat Nr. 20 100 9839

„ÉRBETEGEK MEKKÁJA: KAPUVÁR ®”

**HOGE Orvosi Műszer Kft.**  
1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.  
E-mail: [vallalkozas@hoge.hu](mailto:vallalkozas@hoge.hu)

**Mediversum Kft.**  
1024 Budapest, Lövőház u. 24.  
E-mail címe: [nagy.gabor@mediversum.hu](mailto:nagy.gabor@mediversum.hu)

**Iktatószám: K.8-11/2016**

**Tárgy: Adásvételi szerződés műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére**

**Tisztelt Ajánlattevők!**

Tárgyi ügyben indult közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok elbírálásáról ajánlatkérő az összegezés megküldésével tájékoztatja Önöket. Köszönjük az eljárásban való részvételüket!

Kapuvár, 2017. március hó 21.

Tisztelettel:

dr. Benedek Zoltán  
főigazgató

Melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek

Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 7.	
Város: Kapuvár	Postai irányítószám: 9330

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

Árubeszerzés
1. tétel: 1 db Altatógép
2. tétel: 1 db Artroszkópos optika
3. tétel: 1 db Állítható kezelőágy
4. tétel: 1 db Állítható magasságú fekvőkocsi
5. tétel: 1 db Betegőrző monitor
6. tétel: 1 db Gipszelő asztal
7. tétel: 1 db Infúziós szék
8. tétel: 1 db Laparoszkoos koaguláló
9. tétel: 1 db Laparoszkoos olló
10. tétel: 1 db Öblítőpumpa
11. tétel: 1 db Vákuum extraktor
12. tétel: 1 db Vizsgáló asztal
13. tétel: 1 db Mennyezeti műtőlámpa
14. tétel: 1 db Műtőasztal

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárás

### IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
Közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-12546/2016
Közbeszerzési eljárás iktatószáma: KÉ.16181/2016
Közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2016.12.28.

## V. szakasz: Az eljárás eredménye<sup>1</sup>

A szerződés száma: 1 Rész száma: -

**Elnevezés:** Adásvételi szerződés műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ<sup>2</sup>

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
<input type="radio"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:
<input type="radio"/> A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem

### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságának indokolása:

HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági alkalmasságot igazolta.

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez előírt szakmai alkalmassági feltételeket igazolta.

Ajánlattevő ajánlata egyéb szempontból is érvényes.

### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Mediversum Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 24.)

Indoklás: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen a következők szerint:

- Ajánlatkérő az alátógépnél minimum szakmai követelményként határozta meg, hogy a saját képernyő forgatható, dönthető, érintőképernyős legyen. A megajánlott készülék ezen kiírási követelménynek nem felel meg, amelyet alátámaszt az interneten elérhető gyári termékismertető is.

- Ajánlatkérő a műtőasztalnál szakmai követelményként határozta meg, hogy az infra távvezérlő mobil töltővel rendelkezzen.

Ajánlattevő a bluetooth kommunikációt ajánlotta meg, amely nem felel meg a kiírásnak.

- Ajánlatkérő a műtőasztalnál szakmai követelményként határozta meg a magasság állítását alsóhelyzetben (párnázat nélkül) max. 615 mm-ben, ezzel szemben a megajánlott készülék magasságállítása alsóhelyzetben 680 mm, így nem felel meg a kiírásnak.

- Nem felel meg a kiírásnak a műtőasztal fejtartó állíthatósága sem, az előírás min. +45° -60°. A megajánlott készüléknél +25°-45°, így nem felel meg a kiírásnak.

- A műtőasztalnál szakmai követelmény volt az osztott lábtartó és annak állíthatósága +80°-90° között. A megajánlott lábtartó pozitív tartományban nem éri el az elvárt értéket, a megajánlott érték +70°.

- A műtőasztalhoz csatlakoztatható infúziós állvány - magasságban állítható, dönthető 4 horoggal, oldalkar tartóra is felszerelhető - A kiírásban meghatározott minimum szakmai követelménnyel megajánlott készülék nem felel meg a kiírásnak, mert az oldalkar tartóra való felszerelhetőséget nem teljesíti.

- Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének csak részlegesen tett eleget:

- nem csatolta a gyártó által hitelesített termékismertetőket a következő tételeknél: 2.,3.,4.,6.,7.,9.,10.,11.,12. (eljárást megindító felhívás VI.3.4) 28. pont);

- nem csatolta a 8. tételnél laparoszkópos koaguláló a gyártó teljes körű minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó tanúsítványt (eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2. pontja).

- adóigazolást nem csatolt.

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)

Nettó ajánlati ár (1-14. tételek): **41.042.530 Ft**

Jótállás: **24 hónap**

#### 1.tétel: Altatógép

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter	Pontszám	Súlyszámmal szorzott pontszám
Beépített váladákszívó és oxigenizáló egység Kérjük megadni! Igen/Nem Igen = 10 pont, Nem = 1 pont	S=10	igen	10	100
A saját képernyőn egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék száma min. 4. Kérjük megadni! Előny a több görbe! 4 vagy annál kevesebb = 1 pont, 6 vagy annál több = 10 pont	S=10	6 db	10	100
Minden esemény és adat USB-memóriára való letölthetősége. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen = 10 pont, Nem = 1 pont	S=10	igen	10	100
Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen = 10 pont, Nem = 1 pont	S=10	igen	10	100

Használat közben is tölthető, injektoros porlasztók. Kérjük megadni! Igen/Nem Igen = 10 pont, Nem = 1 pont	S=10	igen	10	100
O <sub>2</sub> -koncentráció mérés ultrahangos vagy paramágneses technológiával, hogy az O <sub>2</sub> cellát ne kelljen cserélni Kérjük megadni! Igen/Nem Igen = 10 pont, Nem = 1 pont	S=10	igen, paramágneses technológiával	10	100

### 13. tétel: Mennyezeti műtőlámpa

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter	Pontszám	Súlyszámmal szorzott pontszám
Fényerő/elektromos teljesítmény igény index Lux/W vagy VA (2 fejre összesen). Kérjük megadni! Előny a több 1.100 Lux/W vagy VA = 1 pont 1.100 Lux/W vagy VA alatti értékek érvénytelenek! 1.750 Lux/W vagy VA vagy a fölötti értékek = 10 pont	S=10	1750 Lux/VA	10	100
Fényerő 1m távolságban. Kérjük megadni! Előny a több 130.000 lux = 1 pont 130.000 lux alatti értékek érvénytelenek! 155.000 lux vagy a fölötti értékek = 10 pont.	S=10	160.000 Lux	10	100
Endoszkópiás derengőfény funkció. Kérjük megadni! igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér „IGEN” válasz 10 pontot ér	S=10	igen	10	100

### 14. tétel: Műtőasztal

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter	Pontszám	Súlyszámmal szorzott pontszám
Osztott lábtartót gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni (nem csavaros rögzítési mód). Kérjük megadni! igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér „IGEN” válasz 10 pontot ér	S=10	igen	10	100
"Nullpont" funkció (adott magasságban vízszintesbe állítja a hosszirányú és oldaldöntést, valamint a háttámlát). Kérjük megadni! igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér „IGEN” válasz 10 pontot ér.	S=10	igen	10	100
A műtőasztal funkcióinak távirányítóval történő mozgatása csak akkor lehetséges, ha a műtőasztal le van fékezve. Kérjük megadni! igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér „IGEN” válasz 10 pontot ér.	S=10	igen	10	100
<b>Összesen</b>				<b>1200</b>

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Értékelés részsúlyszempontjai	Rész-súlyszempontok súlyszámai	HOGE Orvosi Műszer Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ár	240	10,00	2400,00
Szakmai tartalom	120	10,00	1200,00
Jótállás	20	10,00	200,00
<b>Súlyszámmal súlyozott értékelési pontszám</b>			<b>3800,00</b>

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont

## V.2.5) Az ajánlatok értékelésének módszere:

Az értékelés módszere az értékarányosítás.

### 1. Minőségi kritérium:

#### 1. tétel Altatógép

- Beépített váladekszívó és oxigenizáló egység: Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem= 1 pont S=10
- A saját képernyőn egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék száma min. 4: Előny a több, 4 vagy annál kevesebb= 1 pont, 6 vagy annál több= 10 pont S=10
- Minden esemény és adat USB-memóriára való letölthetősége: Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem= 1 pont S=10
- Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében: Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem= 1 pont S=10
- Használat közben is tölthető, injektoros porlasztók: Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem= 1 pont S=10
- O<sub>2</sub>-koncentráció mérés ultrahangos vagy paramágneses technológiával, hogy az O<sub>2</sub> cellát ne kelljen cserélni: Igen/Nem. Igen=10 pont, Nem= 1 pont S=10

#### 13. tétel Mennyezeti műtőlámpa

- Fényerő/elektromos teljesítmény igény index Lux/W vagy VA (2 fejre összesen): Előny a több, 1.100 Lux/W vagy VA alatti értékek érvénytelenek, 1.100 Lux/W vagy VA = 1 pont, 1.750 Lux/W vagy VA vagy a fölötti értékek = 10 pont, S=10
- Fényerő 1m-távolságban: Előny a több, 130.000 lux alatti értékek érvénytelenek, 130.000 lux = 1 pont, 155.000 lux vagy a fölötti értékek = 10 pont, S=10
- Endoszkópiás derengőfény funkció: igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér, „IGEN” válasz 10 pontot ér, S=10

#### 14. tétel Műtőasztal

- Osztott lábtartót gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni (nem csavaros rögzítési mód): igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér, „IGEN” válasz 10 pontot ér, S=10
- „Nullpont” funkciós (adott magasságban vízszintesbe állítja a hosszirányú és oldaldöntést, valamint a háttámlát): igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér, „IGEN” válasz 10 pontot ér, S=10
- A műtőasztal funkcióinak távirányítóval történő mozgatása csak akkor lehetséges, ha a műtőasztal le van fékezve: igen/nem „NEM” válasz 1 pontot ér, „IGEN” válasz 10 pontot ér, S=10

Jótállás (hónap): Minden tétel vonatkozásában egységesen 12 hónap. Az ennél alacsonyabb jótállást vállaló ajánlata érvénytelen. A maximum vállalható jótállás 24 hónap. A 24 hónap és minden azt meghaladó vállalás esetén a kapható maximális pontszám 10. S=20  
Módszer: Egyenes arányosítás. A részszerpont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest kevesebbet.

2. Ár: S=240. Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A legalacsonyabb ajánlati árat megajánló kapja a 10 pontot, a többi ajánlat ahhoz arányosítva kevesebbet.

## V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

A nyertes ajánlattevő neve, címe: Hoge Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)  
Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (1-14. tételek): 41.042.530 Ft

Az ajánlata kiválasztásának indoka: Mint egyedüli szerződés teljesítésére alkalmas és egyéb szempontból is érvényes ajánlattevő az eljárás nyertese.

## V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:-

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

### V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -

### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: (2017/03/22) / Lejárata: (2017/03/31)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/02/28)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/03/21)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk:

Ajánlatkérő 2017. március hó 1. napján a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján, az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően, az összegezés tervezet megküldésével kezdeményezte a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztályánál a záró tanúsítvány kiadását.

Ajánlatkérő a Főosztálytól a mai napig sem hiánypótlást, sem záró tanúsítványt nem kapott. Hivatkozott kormányrendelet 13. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az összegezést kiadja.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt a szerződés-kötési moratórium lejártát követően szerződés-kötésre kéri fel. A szerződés-kötés időpontja 2017. április hó 4. napja 11:30 óra. Helyszín: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Titkárság (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10., R épület, I. emelet, 102. szoba).<sup>2</sup>

Kapuvár, 2017. március 21.

  
Dr. Benedek Zoltán  
főigazgató

